**Zeitschrift:** Archives des sciences [1948-1980]

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

**Band:** 15 (1962)

Heft: 2

**Artikel:** D'un nouvel appareil pour explorer le comportement physiologique du

cobaye et aux médicaments lors de la fatique musculaire

**Autor:** Strassberger, L. / Frommel, Ed. / Ledebur, I. v.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-738673

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 03.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Séance du 3 mai 1962

L. Strassberger, Ed. Frommel et I. v. Ledebur. — D'un nouvel appareil pour explorer le comportement physiologique du cobaye et aux médicaments lors de la fatigue musculaire.

De nombreux appareils ont été construits en vue de l'étude expérimentale de la fatigue, dont la «roue tournante» est l'archétype.

Désirant standardiser nos expériences sur le cobaye, animal favorable au point de vue statistique, nous avons construit un prototype qui donne satisfaction et dont nous donnons la description ci-dessous.


# Description de l'appareil.

Les animaux sont entraînés par un tapis roulant de caoutchouc toilé, dont la surface est de 40 cm de longueur et de 15 cm de largeur. Le cobaye, pour éviter le contact d'une plage électrique placée à l'endroit où le tapis disparaît, marche en sens contraire du déroulement du plancher roulant. La plage électrique est en connection avec le courant produit par une magnéto (Bosch), magnéto qui elle-même est entraînée par un moteur électrique d'I/6 HP, qui entraîne le tapis roulant. Un commutateur peut soit augmenter, soit diminuer la fréquence de l'étincelage de la plage électrique selon la sensibilité de l'animal. Une lampe témoin assure le contrôle de fréquence. La vitesse du déroulement du tapis est modifiable par un rhéostat et un compte-tour, avec remise à zéro, donne la vitesse horaire en mètres. Pour éviter tout surchauffement du boxe, un ventilateur placé auprès du moteur assure le refroidissement.

#### Résultats.

Le cobaye se conditionne à la marche forcée en deux à trois minutes, tout animal qui ne se conditionne pas dans ce laps de temps est à éliminer. La vitesse favorable est de 480 mètres en 30 minutes. Passé ce temps, l'animal peine et s'épuise totalement. Les morts tardives dans cette dernière condition sont fréquentes.

Cet appareil, avec quelques modifications peut servir également à l'étude de la fatigue musculaire chez la souris.



- 1. Plage électrifiée.
- 2. Tapis roulant.
- 3. Interrupteur de ventilation et lampe témoin.
- 4. Rhéostat de réglage de vitesse de marche.
- 5. Commutateur de fréquence de rupture du courant (plage électr.)
- 6. Interrupteur de marche.
- 7. Totalisateur, métrage de marche avec remise à zéro.

## Résumé.

Nous décrivons un prototype d'appareil pour explorer le comportement physiologique du cobaye et aux médicaments lors de la fatigue musculaire.

> Institut de thérapeutique expérimentale de la faculté de Médecine, Ecole de Médecine, Genève.