

**Zeitschrift:** Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

**Herausgeber:** Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe

**Band:** 55 (1977)

**Heft:** 4

**Artikel:** Rechnergesteuerter Messplatz für Qualitätsmessungen an UKW-Rundfunksendern

**Autor:** Rütter, Bruno

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-874125>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 11.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Rechnergesteuerter Messplatz für Qualitätsmessungen an UKW-Rundfunksendern

Bruno RÜTTER, Bern

621.317-52; 681.323; 621.396.712.029.62

*Zusammenfassung. Der Artikel beschreibt den Aufbau und den betrieblichen Einsatz eines rechnergesteuerten Messplatzes für Qualitätsmessungen an UKW-FM-Rundfunksendern.*

**Place de mesure commandée par ordinateur pour les mesures de qualité d'émetteurs de radiodiffusion à ondes ultra-courtes**

*Résumé. L'auteur décrit la construction et l'emploi pratique d'une place de mesure commandée par ordinateur pour les mesures de qualité d'émetteurs de radiodiffusion à ondes ultra-courtes.*

**Posto di misurazioni della qualità di impianti radiotrasmittenti a OUC, comandato da un calcolatore**

*Riassunto. L'autore descrive la struttura e l'impiego di un posto di misurazioni della qualità di impianti radiotrasmittenti a OUC, comandato da un calcolatore.*

## 1 Einleitung

Für die Einhaltung der Qualitätsanforderungen an UKW-Rundfunksendern sind regelmässige Qualitätsmessungen notwendig. Da die Durchführung solcher Messungen recht zeitaufwendig ist, drängte sich eine Beschleunigung der Arbeiten auf. Mit den heute verfügbaren Mitteln ergab sich die zweckmässigste Lösung im rechnergesteuerten Messablauf.

Der Zeitaufwand für eine manuell durchgeführte Qualitätsmessung an einem Sender beträgt heute 20...25 Minuten. Für eine so lange Zeit können aber die Rundfunkprogramme nicht unterbrochen werden. Zudem sind Messungen nach Mitternacht bis in den frühen Morgen aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Man denke beispielsweise nur an die zum Teil schwer zugänglichen Stationen im Gebirge während des Winters oder in Schlechtwetterperioden.

## 2 Qualitätsmessungen

### 21 Qualitätskriterien

Die Qualitätsmessungen umfassen folgende Kriterien:

- Lineare Verzerrungen (Frequenzgang)
- Nichtlineare Verzerrungen (Klirrfaktor)
- FM- und AM-Störspannungsabstände
- Synchrone Amplitudenmodulation
- Modulationslinearität
- Trägerfrequenzmessung

### 22 Manuelle Messung

Die manuellen Messungen erfordern folgenden Messaufbau:

Der UKW-Sender wird mit einem NF-Generator moduliert. Am HF-Messaussgang des Senders ist ein Modulationsmeter (Hubmesser) angeschlossen. Das am Ausgang dieses Gerätes zur Verfügung stehende NF-Signal wird einem Pegel-, Klirrfaktor- und Störspannungsmesser zugeführt (Fig. 1).

### 23 Betriebstoleranzen

Für einen UKW-Sender werden folgende Toleranzen zugestanden:

**Amplitudenfrequenzgang:** Mit 50  $\mu$ s Vorentzerrung, bezogen auf 1000 Hz

20 Hz	+ 1 dB
	- 2 dB
30 Hz — 15 000 Hz	$\pm$ 1 dB

### Klirrfaktor:

Im Frequenzbereich von 40...15 000 Hz darf der Klirrfaktor bis zu einem Frequenzhub von  $\pm$  75 kHz, 0,7% nicht überschreiten. Es sind alle Oberwellen bis 30 kHz zu berücksichtigen. Die Vorentzerrung bleibt ausgeschaltet.


### Störspannungsabstände:

FM Fremdspannungsabstand	60 dB bezogen auf 75 kHz Hub
FM Geräuschspannungsabstand	70 dB bezogen auf 75 kHz Hub
AM Fremdspannungsabstand	50 dB bezogen auf 75 kHz Hub
AM Geräuschspannungsabstand	60 dB bezogen auf 75 kHz Hub
Synchrone Amplitudenmodulation	-40 dB bei 75 kHz Hub, 1000 Hz

Die Störspannungsabstände müssen noch eingehalten werden, wenn der Lautstärkepegel im Senderraum 80 Phon beträgt.

## 3 Rechnergesteuerter Messplatz

Schon seit längerer Zeit bestand der Wunsch, die Messgeräte mit einem Lochstreifen zu steuern, um die Manipulationszeiten für die Messgeräteeinstellungen zu reduzieren und Einstellfehler zu vermeiden. Vorgesehen war zunächst, den Lochstreifen mit einem Fernschreiber zu lochen. Die unerwünschte örtliche Abhängigkeit von einem Fernschreiber führte jedoch zum Kartenleser. Nachdem die



**Fig. 1**  
**Messplatz für Qualitätsmessungen an UKW-Rundfunksendern. Blockscheema der manuellen Bedienung**



**Fig. 2**  
**Rechnergesteuerter Messplatz für Qualitätsmessungen**

Versuche mit dem Kartenleser positiv verlaufen waren, wurde schliesslich zur Steuerung der Geräte ein Prozessrechner eingesetzt. Dieser bietet mit seiner grossen Speicherkapazität die Möglichkeit, umfangreiche Steuerprogramme zu speichern und die Messwerte direkt zu verarbeiten.

Durch den rechnergesteuerten Messablauf konnte die Messzeit auf 2,5 Minuten gesenkt werden. Gleichzeitig stellten sich Vorteile ein, wie Wegfall der Ables-, Schalt- und Schreibfehler, sofortige Anzeige bei Toleranzüberschreitungen, Ausgabe eines gedruckten Messprotokolls sowie Speicherung sämtlicher Messwerte auf Magnetbandkassetten für eine allfällige spätere Weiterverarbeitung.

### 31 Aufbau des Messplatzes

Sämtliche im Messplatz eingesetzten Messgeräte entsprechen in ihrer Funktionsweise den heute auf den UKW-Sendeanlagen verwendeten Messinstrumenten. Sie sind jedoch fernsteuerbar, so dass sie mit einem Prozessrechner gesteuert werden können. Zusätzlich war ein steuerbares Digitalvoltmeter nötig, das die vom Pegel-, Klirrfaktor- und Störspannungsmesser erhaltenen Werte für den Prozessrechner umformt (Fig. 2 und 3).

Die Zusammenstellung in *Tabelle 1* gibt Auskunft über die Art der Ansteuerung der verwendeten Messgeräte.

**Tabelle 1. Steuerungsart der Messgeräte**

Geräte	Interface Bus ASCII	BCD-Steuerung Konverter erforderlich
Rechner	*1	
Synthesizer	*	
Modulationsmeter		*
Klirrfaktormesser		*
Digitalvoltmeter	*2	
Datenübertragungs-Interface	*	

<sup>1</sup> Mit Tischrechner-Interface

<sup>2</sup> Mit Interface-Modul


Ein fernsteuerbares Modulationsmeter mit den geforderten Qualitätseigenschaften war zur Zeit des Messplatzbaues nicht erhältlich. Es musste daher ein schon vorhandenes Gerät für die BCD-Steuerung nachgerüstet werden. Die Ansteuerung geschieht digital über einen ASCII-Parallelkonverter.

### 32 Der Prozessrechner

Der verwendete Rechner ist in seinem Aufbau und in der Programmiersprache sehr einfach. Er eignet sich besonders für technische und wissenschaftliche Anwendungen. Schon nach einer verhältnismässig kurzen Einarbeitungszeit ist man dank der normalen algebraischen Sprache in der Lage, einen Funktionsablauf für einen Messplatz mit mehreren Messgeräten zu schreiben. Die Möglichkeit, jederzeit das eingegebene Programm auf eine Magnetbandkassette aufzuzeichnen und wieder in den Rechner einzuspielen, macht den Einsatz des Rechners vielseitig verwendbar.

Das Gerät besitzt ein sehr übersichtliches Tastenfeld. Darüber angeordnet ist ein 16stelliges Anzeigefeld aus einer 7×5-Matrix. Es können Zahlen, Buchstaben und Symbole dargestellt werden. Daneben ist ein thermischer Drucker eingebaut, der auf Wunsch durch die Betätigung der Taste «List» oder durch einen programmierten Print-Befehl Ergebnisse, bestimmte Zeilen oder das ganze gespeicherte Programm ausdrucken kann.

Der Rechner verfügt über 1423 Register, wovon 900 für die Qualitätsmessungen verwendet werden. Auf einer Magnetbandkassette können 6000 Register abgespeichert werden.



**Fig. 3**  
**Blockschema der lokalen Messung**

```

STATION:          0.0
GD               8000
                -1
STATIONSTYP:      9000
                -1
DATUM!           10000
                1
PROGRAMM:         12000
                112
FREQUENZ MHZ:     15000
                97.5
STEUERSTUFE NR:   -3
                13   SYNCHRONE AM DB
TYPE-MONO         -32.0
                AM ABSTAND DB
SACHBEARBEITER:  -67.2
B.RUETTER         FM ABSTAND DB
                -64.6
FREQ.GANG HZ/DB   KLIRRF.75KHZ %
                1000
                0.0
                30
                -4.2
AT               5000
                60
                -1.5
AT               15000
                1.3
                100   MOD LINEARITAET
                -9    -6DB: DB
                200   -2
                -3    -12DB: DB
                500   0
                -1    -18DB: DB
                2000  .1
                .0    ANZAHL AT:
                5000  2

```

**Fig. 4**  
**Messprotokollausdruck**

Eingabefehler werden sofort durch «Notes» im Anzeigefeld mit einer numerischen Anzeige bekanntgegeben. Es ist nicht möglich, weiterzuarbeiten, bevor ein Tastfehler verbessert wurde. Für Fehlerkorrekturen sind besondere Tasten vorhanden, die ein rasches und übersichtliches Korrigieren ermöglichen. Der Rechner kann zusätzlich mit drei besonderen Funktionsblöcken (ROMs) ausgerüstet werden. In unserem Fall liefert ein Mathematikblock die nötigen Rechenfunktionen, wie Sinus, Cosinus, Tangens, Logarithmen usw. Ein Steuerblock gestattet die Steuerung der peripheren Geräte, und ein weiterer Block dient der Speicherung von fünf Unterprogrammen, die im Hauptprogramm mehrmals hintereinander abgerufen werden können.

### 33 Messprotokoll und Datenbank

Sämtliche Messwerte werden während des Programmablaufs in Register gespeichert und gleichzeitig ausgedruckt. In *Figur 4* ist ein Messprotokollausdruck abgebildet.

Der Protokollkopf ist im Steuerprogramm enthalten, so dass nur einzelne Angaben, wie Stationsname, Sendefrequenz oder Geräteummern, auf Aufforderung am Rechnerdisplay eingetastet werden müssen.

Die Messwerte werden im Rechner mit den gespeicherten Toleranzen verglichen. Wenn dieser eine Toleranzüberschreitung feststellt, wird auf der nächsten Zeile nach

dem ausgedruckten Messwert die Bezeichnung AT (ausser Toleranz) gedruckt. Am Schluss des Protokolls erscheint zudem die Anzahl der ausser Toleranz liegenden Werte.

Der gesamte Registerinhalt mit den Messwerten wird auf einer besonderen Magnetbandkassette gespeichert, auf der die Daten von 130 Qualitätsmessungen Platz finden. Die auf diesem Datenband festgehaltenen Angaben sind für beliebige Weiterverarbeitungen zugänglich. Es können zum Beispiel beliebig viele Protokolle ausgedruckt oder statistische Auswertungen, wie Abrufen von Maximal-, Minimal- oder Mittelwerten, vorgenommen werden. Für solche Operationen sind entsprechende eigene Programme nötig.

### 34 Interface-Bus

Die Steuerung der Peripheriegeräte geschieht über den Interface-Bus. Dieser entspricht der Standardempfehlung des Technischen Komitees 66 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (CEI). Es können bis zu 15 Geräte an diesen Bus parallel angeschlossen werden, wobei die Arbeitsgeschwindigkeit der einzelnen Geräte keine Rolle spielt. Das Interface-System ermöglicht die direkte Übertragung der Daten.


Der Interface-Bus weist 16 Leitungen auf. Die Anschlussstecker sind normiert. 8 Leitungen werden für die Datenübertragung verwendet. Über weitere 5 findet die allgemeine Bus-Kontrolle statt, und mit den letzten 3 Leitungen werden die Datenübertragungen kontrolliert. Diese Signale werden in Bit-paralleler und Bit-serieller Form übertragen. Die Informationen können in beiden Richtungen ausgetauscht werden. Der Datenfluss zwischen den Geräten ist asynchron, was den Rechner für verschiedene Geräte kompatibel macht. Zur Überwachung des Interface-Bus übernimmt der Rechner folgende Funktionen:

- Überwachen des Datenverkehrs
- Programmieren der Messgeräte
- Aufnahme der Messdaten
- Speichern und Umrechnen der Messdaten
- Ausgabe der Mess- und Rechenergebnisse

### 35 Fernmessungen

Es wird zwischen Fern- und Lokalmessungen unterschieden. Als Lokalmessung gilt jene Messung, bei der eine galvanische Verbindung zwischen dem Messobjekt und dem Messplatz möglich ist. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt 50 Meter.

Die Fernmessung wird dort angewendet, wo keine Zufahrt besteht oder ganze Relaisstrecken, also Muttersender mit einer oder mehreren Umsetzerstationen, gemessen werden müssen. Für die Fernmessung steht der Messwagen, mit dem Messplatz und einer Notstromgruppe ausgerüstet, im Strahlungsgebiet A des zu messenden Senders B oder C (*Fig. 5*). Das zu messende HF-Signal wird über eine 4-Element-Antenne empfangen und wie bei der Lokalmessung dem Modulationsmeter im Messplatz zugeführt (*Fig. 6*). Es ist darauf zu achten, dass der Standort der Empfangsantenne in der Hauptkeule des Strahlungsdiagramms liegt. Das HF-Feld soll möglichst homogen, also reflexionsfrei sein. Die maximale Entfernung zum Sender darf nach den Erfahrungen nicht mehr als 2 Kilometer



**Fig. 5**  
**Prinzip der Fernmessung**

betragen. Wenn vom Messwagen A zum Muttersender B keine Funkverbindung möglich ist, muss die Datenverbindung über eine Telefonleitung hergestellt werden.

Der NF-Synthesizer wird beim Sender B installiert, wobei die nötigen Steuersignale über eine Funkverbindung übermittelt werden. Am Interface-Bus-Kabel, das sämtliche Messgeräte mit dem Rechner verbindet, ist ein Datenübertragungs-Interface angeschlossen, welches das ASCII-Signal in ein Seriesignal nach der Norm V 24 des Internationalen Ausschusses für Telefonie und Telegrafie (CCITT) umsetzt. Ein Modem erzeugt daraus ein Zweitonpulssignal, das über die Duplexfunkverbindung auf die Station B gesendet wird. Die Verbindung muss vollduplex sein, weil die Daten gleichzeitig in beiden Richtungen ausgetauscht werden. Auf der Station B wird das Signal im umgekehrten Sinn wieder in ein ASCII-Signal zurückgewandelt und dem NF-Synthesizer zur Steuerung zugeführt. Der NF-Ausgang des Synthesizers ist mit dem NF-Eingang des Muttersenders verbunden.

Im Messwagen kann der Muttersender oder die gesamte Übertragungsstrecke ferngemessen werden. Die Messungen sind auch über mehrere hintereinanderliegende Stationen möglich. Bedingung ist aber eine Datenverbindung zum Muttersender.

#### 4 Betriebserfahrungen

Der beschriebene Messplatz wurde im zweiten Halbjahr 1976 voll für Qualitätsmessungen bei technischen Senderkontrollen durch die Generaldirektion der Schweizerischen PTT-Betriebe eingesetzt. Die Erfahrungen waren sehr gut. Die Praxis hat gezeigt, dass während einer kurzen Einlaufphase gewisse Programmverbesserungen vorgenommen werden mussten, da man erst durch praktische Erfahrung auf gewisse verborgene Fehler aufmerksam wurde. Da es sich meist um kleine Korrekturen handelte, konnten die nötigen Programmänderungen an Ort und Stelle, zwischen den Messarbeiten, durchgeführt werden.

Die Erfahrungen im Bau und Betrieb der Apparatur werden für die künftige Messgerätebeschaffung von Nutzen sein.

#### 5 Ausblick

Es ist vorgesehen, den Messplatz für folgende weitere Mess- und Prüfarbeiten einzusetzen:

- Qualitätsmessungen an UKW-Ballempfängern und -Umsetzern
- Einsatz für Ferndiagnose an Sendern von unbedienten Stationen.

Durch den Prozessrechner ausgelöst, wird über das Telefonwählnetz ein sehr rasch arbeitendes Digitalvoltmeter angesteuert, das über einen Abtaster bis zu 40 frei wählbare Messstellen abfragt. Die Messdaten werden in den Rechner zurückgespeist, wo sie mit den Sollwerten verglichen und ausgewertet werden. 10 der 40 Messkanäle können für Schaltfunktionen umgeschaltet werden.


- Eine weitere geplante Verwendbarkeit besteht in der routinemässigen Überprüfung von Steuer- und Überwachungskreisen

#### 6 Anhang

*Beschreibung eines Programmausschnittes  
Klirrfaktormessung (Fig. 7)*

Abkürzungen (Programmsprache)

CMD	Befehl für Interface-Bus
PRT	Druckbefehl für den Rechner
DSP	Anzeigebefehl für den Rechner
CLL	Unterprogramm abrufen
IF	Entscheidungsbefehl
JMP	Springbefehl (n Zeilen)
GTO	Direkter Springbefehl
FLG	Marke setzen
WTB	ASCII-Charakter als Dezimalequivalent



**Fig. 6**  
**Blockschema der Fernmessung**

WRT Datenausgabebefehl  
RED Datenempfangsbefehl  
FMT Format (\* = frei), (FXD n)

SET LEVEL Bezeichnung eines Unterprogramms

Zeile 111: Speicherung bestimmter Zahlen in die Register-Nrn. 50...54. 75 → R 50. 75 wird im Unterprogramm für die NF-Pegeleinstellung am Synthesizer verwendet. Daraus ergibt sich am FM-Sender (Messobjekt) ein Frequenzhub von 75 kHz.

Die Zahlen in den Registern 51...54 entsprechen den Modulationsfrequenzen 60, 1000, 5000 und 15 000 Hz, die dem Synthesizer als Frequenzeinstellbefehl zugeführt werden.

CMD « ?U4 » = Datenübertragungsbefehl an den Klirrfaktormesser. « 3100001610 » = Daten für Funktionensteuerung.

```

111: 75+R50:60+R51:10
      00+R52:5000+R53:
      15000+R54:CMD "?
      U4", "3100001610"
      F
112: CMD "?U7", "200";
      WTB 13,10F
113: PRT "KLIRRF.75KH
      Z %";DSP "KLIR
      RFAKTOR";DSP ;
      DSP F
114: "NN";51+Y:0+B;
      FXD 0F
115: "LL";CLL
      SET LEVEL R50,R
      Y,R55F
116: FXD 0;PRT RYF
117: IF Y=51;A+10+A:B
      -10+B;F
118: IF Y=51;A+20+A:B
      -20+B;F
119: "EE";CMD "?U4";
      FMT FXD 11.0;
      WRT 13,AF
120: IF Y=51;20+C;
      JMP 2F
121: 12+CH
122: DSP C;C-1+C;JMP
      C=0F
123: "ER";CMD "?U6";
      I"F
124: CMD "?5V";FMT *;
      RED 13,XF
125: IF X<.0775;A+20+
      A:B-20+B;GTO "EE"
      F
126: IF X<.245;A+10+A
      B-10+B;GTO "EE"
      F
127: IF X>.775;A-10+A
      B+10+B;GTO "EE"
      F
128: 5+CH
129: FXD 0;DSP C-1+C;
      JMP C=0F
130: CMD "?U6";"I"F
131: CMD "?V5";FMT *;
      RED 13,CH
132: IF X-C>0.03;GTO
      "ER"
      F
133: B+20LOG (C/.775)
      +R56F
134: R55+R56+R57;ABS
      R57+R57F
135: 100/10+(R57/20)+
      R58F
136: FXD 1;PRT R58F
137: IF R50=100;GTO "
      FF"
      F
138: IF Y=51;GTO "GG"
      F
139: IF Y=52;GTO "HH"
      F
140: IF Y=53;GTO "HH"
      F
141: IF Y=54;GTO "GG"
      F
142: "FF";IF Y=51;
      GTO "II"
      F
143: IF Y=52;GTO "JJ"
      F
144: IF Y=53;GTO "JJ"
      F
145: IF Y=54;GTO "II"
      F
146: "HH";IF R58>1;
      PRT "AT";R1+1+R1
      ;GTO "KK"
      F
147: "GG";IF R58>1.5;
      PRT "AT";R1+1+R1
      ;GTO "KK"
      F
148: "JJ";IF R58>2;
      PRT "AT";R1+1+R1
      ;GTO "KK"
      F
149: "II";IF R58>3;
      PRT "AT";R1+1+R1
      F
150: "KK";0+B;Y+1+Y;
      IF Y<54;GTO "LL"
      F
151: IF FLG 3=0;GTO "

```

**Fig. 7**  
**Programmausschnitt: Klirrfaktormessung**



Die Ziffern von links nach rechts ergeben folgende Einstellungen:

3	Fern (Geräteumschaltung auf Fernbedienung)
1	Hochpassfilter (aus)
0	Frequenzbereich x 10 Hz
0	Frequenz (Einer)
0	Frequenz (Zehntel)
0	Frequenz (Hundertstel)
1	Brückenabgleich (automatisch)
6	Eingangsabschwächer (auf 0 dB)
1	Voltmeterbereich (3 V/+20 dB)
0	Funktion (0 = Voltmeter; 3 = Klirrfaktor)

Zeile 112: CMD «? U7» = Datenübertragungsbefehl an das Modulationsmeter.

«200» = Daten der Funktionensteuerung.

2	Funktionen	Level
0	Bereich	100 kHz
0	Filter	75 kHz

Zeile 113: PRT = Druckbefehl (in Anführungszeichen die gewünschten Buchstaben und Zahlen).

; Trennungszeichen zwischen zwei voneinander unabhängigen Befehlen. DSP = Befehl, auf dem Display «Klirrfaktor» anzuzeigen. Mehrere DSP hinter den Zeichen ergeben eine längere Anzeigedauer. 1 DSP entspricht etwa 0,7 Sekunden.

Zeile 114: «NN» frei wählbarer Code zur Bezeichnung einer Zeile. Es können bis zu vier Buchstaben gewählt werden, wie «ABCD» usw. Diese Art von Zeilenbezeichnung ist äusserst praktisch beim Aufbau eines Programms, da trotz Zeilennummeränderungen die bezeichnete Zeile vom Rechner sofort gefunden wird.

51 → Y;  $\phi$  → B bedeuten: 51 in Arbeitsregister Y und  $\phi$  in Arbeitsregister B speichern.

FXD 0; Befehl, alle folgenden Zahlen ohne Kommastellen zu drucken oder anzuzeigen.

Zeile 115: «LL» = Zusätzliche Zeilenbezeichnung mit Buchstaben. CLL SET LEVEL. Befehl zur Abrufung des Unterprogramms «SET LEVEL». Es können 5 Unterprogramme gespeichert werden, deren Bezeichnung frei wählbar ist. Es müssen aber Buchstaben verwendet werden. R 50, RY, R 55. Diese Register werden ins Unterprogramm mitgenommen. Sie sind dort mit P1, P2, P3 bezeichnet, und zwar in der Folge, wie sie im Hauptprogramm gesetzt werden. Also P1 = R 50, P2 = RY, P3 = R 55. Das Unterprogramm ist hier nicht aufgeführt.

Zeile 116: FXD  $\phi$ ; PRT RY. Der Inhalt des Arbeitsregisters Y muss ohne Kommastelle ausgedruckt werden.

Zu den Zeilen 114 und 116: Es wurde 51 in das Arbeitsregister RY abgespeichert. Dieses Register wird als Zähler für NF-Umschaltungen verwendet. In der Zeile 150 wird jeweils am Ende eines Klirrfaktormessganges 1 dazugezählt.  $Y + 1 \rightarrow Y$ . Dieser Zähler veranlasst, dass beim nächsten Messablauf eine andere Modulationsfrequenz geschaltet wird. Es werden dadurch die Register R 51, R 52, R 53, R 54 der Reihe nach abgerufen (siehe Erläuterungen zu Zeile 111). Diese Frequenzen wurden, wie schon erwähnt, in der Zeile 115 als RY = (R 51 ÷ R 54) ins Unterprogramm zur Synthesizersteuerung mitgenommen und laut Zeile 116 auf dem Kontrollstreifen als Messfrequenz ausgedruckt.

Zeilen 117 und 118: IF Y = 51 oder IF Y  $\neq$  51. Die Registerinhalte von A und B werden um die Werte 10 oder 20 verändert, wenn einer der genannten Vergleiche übereinstimmt. Dadurch wird die Grundeinstellung des Klirrfaktormessers, in Abhängigkeit der zu messenden Frequenz, in seiner Eingangsempfindlichkeit durch den veränderten Registerinhalt A, in der folgenden Programmzeile 119 umgeschaltet. Im Register A steht eine 10stellige Zahlenreihe, die für die Klirrfaktormessereinstellungen massgebend ist. Vergleiche dazu die letzte Zahl in der Zeile 111: 3100001610. Diese Zahl wird nun durch Addition an zweitletzter Stelle so verändert, dass die Eingangsempfindlichkeit des Klirrfaktormessers von +20 dB auf 0 dB umgeschaltet wird (Voltmeterbereichumschaltung). Gleichzeitig wird der Registerinhalt des Registers B, der später den entsprechenden Messwert in Dezibel liefert, um den entsprechenden Dezibel-Schaltwert verändert.

Zeile 119: Steuerbefehl an den Klirrfaktormesser. Die Zahlenreihe für die Bereichumschaltung wird aus dem Register A genommen, dessen Werte wie erwähnt geändert wurden.

Zeile 120: IF Y = 51; 20 → C; JMP 2. Zeile 121: 12 → C.

(Y = 51 bei 60 Hz): wenn die zu messende Frequenz 60 Hz ist, wird 20, wenn nicht, wird 12 in C abgespeichert.

Zeile 122: Der Inhalt vom Register C wird auf dem Sichtgerät angezeigt und vom Inhalt laufend 1 abgezogen, bis das Register auf Null steht. Dieser Zählablauf wird als Zeitverzögerung ausgenützt, so dass die Messgeräte die erforderlichen Schaltzeiten erhalten. Die Zeilen 120 und 121 machen diese Zeitverzögerung von der NF-Frequenz abhängig.

Zeile 123: Messbefehl an das Digital-Voltmeter.

Zeile 124: Übermittlungsbefehl: Messwert vom Digitalvoltmeter an den Rechner übertragen und im Register X abspeichern.

Zeilen 125...127: Entscheide je nach gemessenem Wert. Veränderung der Werte in den Arbeitsregistern A und B (wie in den Zeilen 117 und 118 beschrieben).


Wird einer dieser Entscheide getroffen, so wird der Programmablauf zur Zeile «EE» (Zeile 119) zurückgeführt.

Liegt hingegen der Messwert zwischen  $X > 0,245$  und  $X < 0,775$  V, wird das Programm bei Zeile 128 fortgesetzt.

Zeilen 128 und 129: Kurze Zeitverzögerung, wie schon bei Zeile 122 beschrieben.

Zeilen 130 und 131: Mess- und Übermittlungsbefehl an das Digitalvoltmeter. Messwertabspeicherung in das Register C.

Zeile 132: Zwischen den Messwerten der Zeilen 124 und 131 wird die Differenz gebildet. Ist diese grösser als 0,03 V werden die Messungen von Zeile 123 «ER» an wiederholt, bis die Differenz kleiner als 0,03 V ist. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Der Grund dafür liegt im Umstand, dass die Klirrfaktormessbrücke eine gewisse Zeit für die interne Regelung (Brückenabgleich) braucht. Diese Regelzeit ist von der Messfrequenz und dem zu messenden Klirrfaktorwert abhängig. Bei einer festen Zeitzuteilung für den Brückenabgleich, der sich etwa 16mal wiederholt, wäre der Zeitaufwand viel zu gross. Das Problem wurde mit regelmässigen Spannungsmessungen in kurzen Abständen gelöst. Die letzten zwei Messwerte werden jeweils dif-



$\Delta U_1 \div U_5$  Messungen  
in regelmässigen  
Zeitabständen.

**Fig. 8**  
**Klirrfaktor-Messbrückenabgleich mit Prozessrechnerüberwachung**

ferenziert. Liegt die Differenz unter 0,03 V, was annähernd dem Minimumabgleich entspricht, wird das Programm fortgesetzt (Fig. 8).

Zeile 133: Der Messwert C wird in einen auf 0 dBm bezogenen Pegel umgerechnet. Dieser Pegel wird mit dem Registerinhalt B, der den 10-dB-Bereichumschaltungen entspricht, addiert.

Zeile 134: Im Register R 55 ist der Bezugspegel der Grundfrequenz vorhanden. Er wurde im Unterprogramm als P3 aufgenommen.  $R\ 55 + R\ 56$  ergibt R 57. Im R 57 befindet sich nun der effektive Klirrfaktormesswert in Dezibel, mit negativem Vorzeichen. Durch die Operation  $ABS\ R\ 57 \rightarrow R\ 57$  wird die Zahl positiv.

Zeile 135: Umwandlung des Dezibelwertes in %.

Zeile 136: Ausdrucken des Klirrfaktorwertes in % mit einer Kommastelle.

Zeilen 137...145: Toleranzzuweisungen in Abhängigkeit von der Frequenz (R 51...R 54) und in Abhängigkeit des Modulationspegels (R 50).

Zeilen 146...149: Entscheidungen, wenn gewisse Toleranzen überschritten werden. Die Anzahl Überschreitungen wird gezählt und im Register R1 gespeichert. Gleichzeitig werden zum Messwertausdruck die Buchstaben AT (ausser Toleranz) gedruckt.

## Die nächste Nummer bringt unter anderem Vous pourrez lire dans le prochain numéro

P. Hufschmid	Schutzbauten PTT – Bauten des Zivilschutzes
K. Stähli	Elektronischer Teilnehmerzusatz für erdfreie Gemeinschaftsanschlüsse Dispositif électronique accessoire pour raccordements collectifs sans terre
H. Aebi	Mobile automatische Haustelefonzentrale
K. Waber	Digitalkonzentrator für ein PCM-Vermittlungssystem (Schluss) Concentrateur numérique pour un système de commutation MIC (fin)
C. J. Lucy	Il progresso continua nelle comunicazioni con guide d'onda ottiche