Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und

Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 72 (1981)

Heft: 4

Artikel: Beitrag zur Analytik von synthetischen Stilböstrolen in verschiedenen

Lebensmitteln mit Dünnschichtchromatographie und Bestätigung durch HPLC = Contribution to the determination of synthetic stilbestrols in

various foods with TLC and confirmation with HPLC

Autor: Gauch, R. / Leuenberger, U. / Müller, U.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-984625

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Beitrag zur Analytik von synthetischen Stilböstrolen in verschiedenen Lebensmitteln mit Dünnschichtchromatographie und Bestätigung durch HPLC

Contribution to the Determination of Synthetic Stilbestrols in Various Foods with TLC and Confirmation with HPLC

R. Gauch, U. Leuenberger und U. Müller Kantonales Laboratorium, Bern

Einleitung

Durch die Verwendung von Anabolika wie den Stilböstrolen (insbesondere Diethylstilböstrol = DES) kann in der Tiermast ein vermehrter Fleischansatz bei Schlachttieren erzielt werden. Die Anwendung solcher Präparate zu diesem Zwecke wurde 1970 in der Schweiz verboten, in mehreren westeuropäischen Ländern wurden ebenfalls entsprechende Gesetzesgrundlagen geschaffen. Die Gründe dieser restriktiven Haltung waren vor allem experimentelle Arbeiten, bei denen man nach Verarbeitung höherer Dosen von DES karzinogene Wirkung beobachten konnte (1, 2). Eine unkontrollierte Hormonzufuhr durch Nahrungsmittel, insbesondere Rückstände von körperfremden Verbindungen in Fleischwaren, ist deshalb für die menschliche Gesundheit nicht unproblematisch. Um den illegalen Einsatz solcher Masthilfsmittel wirkungsvoll zu unterbinden, braucht es eine analytische Methodik, die hinsichtlich der zu erwartenden Konzentrationen empfindlich genug ist und überdies die notwendige Spezifität aufweist. Aschbacher und Vogt (3, 4, 5) beschreiben übereinstimmend Konzentrationen von DES in Muskelfleisch von weniger als 1 μ g/kg, in der Niere und Leber bis ungefähr 5 μg/kg. Demgegenüber können die Konzentrationen in Urin bis einige 100 μg/kg und im Kot sogar über 1000 μg/kg steigen. Die Empfindlichkeit der Methode für Untersuchungen in Lebensmitteln muß also in den Sub-ppb-Bereich hinabgehen, währenddessen für Analysen des Harns oder Kots entsprechend weniger strenge Anforderungen zu stellen sind.

Zur Bestimmung von DES in tierischem Gewebe werden in der Literatur verschiedene Methoden beschrieben. Hier zu erwähnen ist ein Radio-Immunotest mit Rinderuterus (6) und ein Mäuseuterustest, wie ihn *Heinert* (7) und *Herrick* (8) beschreiben.

Eine Aussage über die Art der östrogenen Komponente ist allerdings nicht möglich, hierzu sind beide Methoden zu unspezifisch, andererseits sind diese Nachweise empfindlich genug, auftretende Spuren von DES in tierischem Gewebe zu erfassen.

Demgegenüber bieten sich chemische Methoden in Form der Chromatographie an, welche in geeigneter Weise eingesetzt hinreichende Empfindlichkeit und Spezifität aufweisen, sofern in sinnvoller Weise mehrere Trennsysteme und Detektionsmöglichkeiten miteinander verknüpft werden. Die Verwendung von nur einem Trenn- und Detektionssystem genügt meistens nicht, um mit genügender Sicherheit eine aussagekräftige Beurteilung zuzulassen. In der Literatur finden sich Arbeiten über Gaschromatographie ohne (1, 9, 10, 11) oder mit (2) Massenspektrometrie mit Nachweisgrenzen, welche knapp an die zu erwartenden DES-Konzentrationen in Niere und Leber herankommen. Die Verwendung von HPLC wird von Frischkorn (12) und Kenyhercz (13) beschrieben; beide Autoren verwenden einen elektrochemischen Detektor, welcher eine Erfassungsgrenze in tierischem Material von unter 1 µg DES/kg aufweisen soll; unsere Erfahrungen zeigten jedoch, daß die vorgeschlagenen Extrakte zuviele störende Inhaltsstoffe aufweisen, um in diesem Spurenbereich routinemäßig arbeiten zu können.

Vielversprechend schien uns die relativ einfache Dünnschichtchromatographie der dansylierten Stilböstrolverbindungen, wie sie Vogt (14, 15), Stan (16) und Santarius (17) anwenden. In der Folge konnte eine Analytik entwickelt werden, welche auf einer Kombination dreier Chromatographie- und zweier Detektionssysteme beruht und die mit einer Nachweisgrenze von 0,5 μ g/kg und einer recht hohen Selektivität eine lebensmittelrechtliche Beurteilung erlaubt. Der Nachweis von DES in verschiedenen Lebensmitteln wie Säuglingsnahrung, Muskelfleisch, Leber, Niere und Milch, wie auch in Kot und Urin, wurde überprüft und wird im

folgenden beschrieben.

Experimentelles

Prinzip der Methode

Mit Ausnahme von Harn, bei welchem vorgängig die als Glucuronide vorliegenden Stilböstrole enzymatisch gespalten werden, extrahiert man die Proben (Muskelfleisch, Leber, Niere, Milch, Kot) heiß mit Dioxan. Aus diesem Rohextrakt wird die Phenolfraktion isoliert, in welcher die fraglichen Östrogene Diethylstilböstrol, Hexöstrol und Dienöstrol enthalten sind. Die Phenole werden zu den fluoreszierenden Dansyl-Derivaten umgesetzt und einer ersten Dünnschichchromatographie unterworfen. Die stilböstrolhaltige Zone wird abgehoben, eluiert und der Eluatrückstand erneut dünnschichtchromatographiert und anschließend densitometrisch ausgewertet. Positive Befunde können durch Analyse des entsprechenden stilböstrolhaltigen Eluates der zweiten Dünnschichtplatte mit HPLC und elektrochemischer Detektion abgesichert werden.

Geräte und Chemikalien

- Homogenisator (z. B. Polytron Typ PT 45-50 mit Aggregat PTA 20 S)

- Universal-Zerkleinerer (z. B. Multiquick ZK 1, Braun)

DC-Auftragegerät (z. B. Linomat III Camag)

- Entwicklungstank für DC

- Dünnschichtdensitometer (z. B. Chromatogrammspektralfotometer Zeiss oder Camag)
- Isokratische HPLC-Ausrüstung mit Fluoreszenzdetektor und elektrochemischem Detektor (z. B. Metrohm 641)
- Absaugeluationsvorrichtung

Reagenzien

- Dioxan p. A. (Merck Art. 9671)
- Ether, rein (Siegfried), destilliert
- n-Hexan p. A. (Merck Art. 4367)
- Dichlormethan p. A. (Merck Art. 6050)

- Aceton, rein (Siegfried), destilliert

- Essigester, rein (Siegfried) über Kieselgel gereinigt, destilliert

- Diethylamin p. A. (Merck Art. 803010)

- Dansylchlorid (Fluka Art. 39220)

- Enzymlösung: β-Glucuronidase/Asylsulfatase (Boehringer Art. 127698)

- Ethanol abs. (Merck Art. 983)

- HCl ca. 12,5% (durch Vedünnen von HCl 25% Merck Art. 316)

Vergleichslösungen

- Stammlösung (200 ng/μl): 5,0 mg Diethylstilböstrol (DES) werden in einem 25-ml-Meßkolben mit Ethanol gelöst;
- Standardlösung I (20 ng/ μ l): Stammlösung 1+9 mit Ethanol verdünnen; Standardlösung II (2 ng/ μ l): Standardlösung I 1+9 mit Ethanol verdünnen.

Dünnschichtplatten

- Kieselgelplatten, Kieselgel 60 F 254 Merck Art. 5715
- Aloxplatten, Alox F 254 Typ E Merck Art. 5713.

Extraktion

Milch

20 ml Milch werden in einem 250-ml-Schlifferlenmeier mit 60 ml Dioxan versetzt, während 30 Minuten bei 80 °C im Wasserbad erhitzt und anschließend heiß durch ein Faltenfilter filtriert.

Fleisch

100-200 g Fleisch werden mit einem Messer von Hand soweit verschnitten, daß mit dem Universalzerkleinerer eine homogene Masse erhalten wird. 30 g

dieses Homogenates werden mit 90 ml Dioxan im Homogenisator während 3 Minuten extrahiert, während 60 Minuten bei 80 °C im Wasserbad erhitzt und anschließend heiß durch ein Faltenfilter (SS 595½, Ø 15 cm) filtriert.

Fleischhaltige Säuglingsnährmittel

30 g Brei werden mit 90 ml Dioxan im Homogenisator während 3 Minuten extrahiert, während 60 Minuten bei 80 °C im Wasserbad erhitzt und anschließend heiß durch ein Faltenfilter (SS 595½, Ø 15 cm) filtriert.

Kot

2,5 g Kot, 18 ml Wasser und 60 ml Dioxan werden im Homogenisator während 3 Minuten extrahiert, während 60 Minuten bei 80 °C im Wasserbad erhitzt und anschließend heiß durch ein Faltenfilter (SS 595½, Ø 15 cm) filtriert.

Urin

10 ml Urin werden mit HCl ca. 12,5% mit Hilfe eines pH-Meters auf pH 4,8 eingestellt. 5 ml dieses Urins werden mit 100 μ l Enzymlösung während 16 Stunden bei 37 °C inkubiert. Anschließend werden 7,5 ml Wasser und 37,5 ml Dioxan zugegeben.

Extraktreinigung

Ausschütteln der Phenolfraktion

Ausschultein der Phenograktion
50 ml Filtrat (entsprechend 12,5 ml Milch bzw. 12,6–12,8 g Fleisch oder Brei,
2,5 g Kot oder 5 ml Urin)
$+$ 0,5 ml 5 n H_2SO_4
+ 100 ml Ether ausschütteln
↓ untere Phase verwerfen
Etherphase
+ 10 ml Wasser ausschütteln
↓ untere Phase verwerfen
Etherphase
+ 25 ml 0,5 n NaOH ausschütteln
↓ → obere Phase verwerfen
NaOH (eventuell durch Faltenfilter Ø 10 cm filtrieren)
+ 2 ml H ₂ SO ₄ 45 proz. (Indikatorpapier: sauer!)
+ 100 ml n-Hexan/Ether (1+1) ausschütteln
untere Phase verwerfen
n-Hexan/Ether
+ 10 ml NaHCO ₃ 1 proz. (2mal ausschütteln)
↓ untere Phase verwerfen
Organische Phase über Na ₂ SO ₄ sicc. trocknen, filtrieren, eindampfen bei
50 °C. Rückstand mit ca. 3 ml Dichlormethan in Reagenzglas überführen, mit N ₂
zur Trockne bringen.

Kotextrakte müssen zusätzlich wie folgt an einer Kieselgelsäule gereinigt werden: 1,5 g Kieselgel werden in n-Hexan/Dichlormethan (2+1) aufgeschlämmt und in eine Glassäule eingefüllt (Kiesegelhöhe ca. 2,5 cm). Der erhaltene Extraktionsrückstand wird in 2 ml n-Hexan/Dichlormethan (2+1) gelöst, auf die Säule gegeben und mit weiteren 2 ml chromatographiert (Eluat verwerfen). Die Elution der stilböstrolhaltigen Fraktion erfolgt mit 2,5 ml Dichlormethan/Essigester (1+ 1); das Eluat wird anschließend zur Trockne eingedampft.

Dansylierung

Der erhaltene Rückstand wird parallel mit einem Reagenzblindwert und je einem Standard (12,5 µl Standard II und 15,6 µl Standard I) weiterbehandelt (entsprechend 2 und 25 μ g/kg für Milch, Fleisch und Brei bzw. 10 und 125 μ g/kg für

Kot bzw. 5 und 62,5 μ g/kg für Urin).

Der Rückstand wird in 0,6 ml NaHCO3 1 proz. aufgelöst, mit 0,9 ml Dansylchloridlösung (15 mg in 10 ml Aceton) versetzt und während 60 Minuten im Wasserbad bei 40 °C erwärmt. Die abgekühlte Lösung wird im Reagenzglas mit 3,0 ml Essigester ausgeschüttelt und kurz zentrifugiert. Der mit einer Pipette abgesogene Essigester wird über Na₂SO₄ sicc. getrocknet und davon 2,5 ml in einem Gewindefläschchen mit Stickstoff zur Trockne abgedampft.

Dünnschichtchromatographie

Vortrennung

Der erhaltene Rückstand wird in zwei Portionen zu je 40 µl Dichlormethan/ Methanol (3+1) quantitativ und strichförmig (2 cm) mit Hilfe eines Linomats auf eine Kieselgelplatte aufgetragen.

Fließmittel: Toluol/Essigester/Ethanol absolut (80+4+1).

Dauer der Entwicklung: ca. 45 Minuten. Anschließend wird die stilböstrolhaltige Zone unter der UV-Lampe bei 365 nm mit Bleistift markiert (rasch arbeiten. Zersetzungsgefahr!), mit dem Absaugelutionsröhrchen (vgl. Abb. 1) abgesogen und mit 1 ml Dichlormethan in ein Gewindefläschchen eluiert.

Nachweis und densitometrische Auswertung

Die mit Stickstoff zur Trockne eingedampfte Lösung wird in zwei Portionen zu je 40 µl Dichlormethan quantitativ und strichförmig (8 mm) mit Hilfe eines Linomats auf eine Aloxplatte aufgetragen und entwickelt.

Fließmittel: n-Hexan/Essigester/Diethylamin (88+12+0,5), Dauer der Ent-

wicklung ca. 1 Stunde.

Die entwickelte Platte wird mit folgender Meßanordnung mit Hilfe der Fluoreszenz densitometrisch ausgemessen:

- Strahlengang: 1. Quecksilberdampflampe mit Kantenfilter 365 nm
 - 2. Dünnschichtplatte
 - 3. Monochromator 600 nm




Abb. 1. Glaswaren zum Absaugen und zur Elution von DC-Zonen

Platten- und Schreibervorschub: 5 cm/min

R_f-Wert der Stilböstrole: ca. 0,1

Bestätigung eines positiven Befundes mit HPLC

Die stilböstrolhaltige Zone auf der Aloxplatte wird erneut wie oben beschrieben abgesogen, eluiert und vorsichtig mit Stickstoff zur Trockne einge-

dampft. Der Rückstand wird in 60 µl Eluens gelöst und quantitativ eingespritzt.

Folgende HPLC-Bedingungen werden verwendet:

Säulentyp RP-18 5 μ m

Methanol/Wasser/LiClO₄ (900+100+2) Eluens

1,2 ml/min (ergibt ca. 220 bar) Flußrate

Fluoreszenzdetektor Anregung bei 360 nm Emission bei n 420

Elektrochemischer Detektor Elektrodenspannung: 1000 mV

Verstärkung: 5 nA Vollausschlag

Retentionszeiten Hexöstrol: 9 min

Dienöstrol, DES: 10 min

Resultate und Diskussion

Die oben skizzierte Aufarbeitung liefert sehr saubere Extrakte, welche nahezu matrixunabhängige Chromatogramme ergeben. Stellvertretend für Densitogramme von Standards, Milch-, Muskelgewebe-, Leber-, Niere-, Kot- und Urinproben sei jenes für ein Kindernährmittel auf Kalbfleischbasis gezeigt, verstärkt mit 2 μ g/kg Diethylstilböstrol (Abb. 2). Die Nachweisgrenze kann – je nach Matrix und Abhebetechnik ab DC-Platte – sogar unter 0,5 μg/kg abgesenkt werden.





Abb. 2. Densitogramm eines Säuglingsnahrungsextraktes (Kalbfleisch püriert), zweites Dünnschichtchromatogramm:

a. verstärkt mit 2 μg DES/kg b. unverstärkt

Entscheidende Aufmerksamkeit kommt folgenden zwei Punkten zu:

- 1. Strichförmiges Auftragen des Gesamtextraktes auf 2 cm Strichlänge in zwei Portionen zu je 40 µl. Dieser Schritt kann manuell meist nur schlecht ausgeführt werden. Sehr elegant, mit hoher Präzision und möglichst geringer Strichdicke, muß dies maschinell erfolgen. Das Auftragegerät Linomat III der Firma Camag hat sich für diesen Zweck bewährt.
- 2. Nicht weniger kritisch ist der Schritt zur Abhebung der entwickelten Stilböstrolzone. Hier kann der Zeit- und Substanzverlust recht hoch sein, weshalb meist auf solche Manipulationen verzichtet wird. Dies ist insofern bedauerlich, als daß in der Gaschromatographie wie auch in der Flüssigchromatographie die One-line-Koppelung zweier Chromatographiesysteme üblicher wird. Eine analoge Verknüpfung zweier DC-Systeme ist zwar schon länger bekannt und üblich, scheitert aber vielfach an der unpraktikablen Ausführung des Dosierens und insbesondere des Abhebens einer Zone von der Dünnschichtplatte. Bei Gemischen von Substanzen mit kleinen Re-Wertunterschieden, wie dies aus komplexen Naturstoffextrakten meist der Fall ist, drängt sich eine manuelle, exakte Erfassung der gewünschten Substanzzone verstärkt auf. Die in Abbildung 1 gezeigten Hilfsmittel kommen diesen Anforderungen weitgehend nach. Die mit Bleistift unter der UV-Lampe markierte Zone kann rasch und exakt ohne wegsplitternde Schichtteilchen in das Absaugelutionsröhrchen gesogen werden («Staubsauger-Prinzip»). Durch Auswechseln des Saugvorsatzes durch den Schlifftrichter wird anschließend die gewünschte absorbierte Substanz nahezu verlustfrei mit einem Lösungsmittel direkt in ein kleines Gewindefläschchen eluiert und steht dort sofort für eine weitere Analyse zur Verfügung. Diese «Off-line-Koppelung» zweier DC-Systeme hat sich als sehr effizient erwiesen, wenn auch der zeitliche Chromatographieaufwand zwangsläufig höher liegt als bei der GC oder HPLC. Demgegenüber dürfte aber der instrumentelle Aufwand wie auch die Methodenentwicklungszeit kleiner sein.

Wenn auch die Selektivität der ganzen Bestimmungsmethodik recht hoch ist (nur die isolierte Phenolfraktion wird als Dansyl-Derivat in zwei unabhängigen Chromatographiesystemen gereinigt und fluorimetrisch erfaßt), bietet sich die erläuterte Technik an, eine stilböstrolverdächtige Zone der 2. DC-Trennung einer dritten ebenfalls unabhängigen Chromatographie zuzuführen. Nach der Verwendung von Kieselgel (1. DC) und Aluminiumoxid (2. DC) drängte sich ein HPLC-System von Umkehrphase (z. B. RP-18) mit wässerigem Methanol als Eluens auf. Als unabhängiger Detektor, welcher die notwendige Selektivität und Empfindlichkeit aufweist, kam ein elektrochemisches Meßsystem in Frage. Tatsächlich lassen sich nicht nur wie eingangs beschrieben die freien phenolischen Stilböstrole, sondern auch die entsprechenden Dansylderivate elektrochemisch erfassen. Abbildung 3a zeigt einen Standard von 62 ng, Abbildung 3b Kälberharn mit 210 µg DES/kg. Entsprechende Chromatogramme von Kuhkot und Milch sind aus Abbildung 4 und 5 ersichtlich.






Abb. 3. Flüssigchromatogramme von Extrakten, welche vorgängig auf zwei verschiedenen Dünnschichtplatten chromatographiert wurden:

a. DES Standard (62 ng)

a. DES Standard (62 ng)
 b. Kälberharnextrakt mit 210 μg DES/kg

Abb. 4. Kuhkotextrakt (vgl. auch Text Abb. 3):

a. mit 0,8 μ g DES/kg b. mit 37 μ g DES/kg




Abb. 5. Milchextrakt (vgl. Auch Text Abb. 3) a. unverstärkt b. verstärkt mit 2 μg DES/kg

Die Wiederfindungsrate von den Proben zugesetztem DES (2 μ g/kg) beträgt 70–90% (je nach Untersuchungsmaterial), bezogen auf einen externen Standard, welcher vom Derivierungsschritt aus gleich behandelt wurde wie die Probe selbst. Die Nachweisgrenze liegt je nach untersuchter Probe bei 0,2–0,5 μ g/kg DES.

Dank

Fräulein H. Haldimann wie auch Herrn H. P. Bähler sei herzlich gedankt für die zuverlässige Durchführung experimenteller Arbeiten.

Zusammenfassung

Die Bestimmung synthetischer Stilböstrole in Muskelfleisch, Leber, Niere, Säuglingsnahrung, Milch, Kälberurin und -kot wird beschrieben. Die isolierten Phenolfraktionen werden mit Dansylchlorid umgesetzt, auf Kieselgelplatten vorgereinigt, die entsprechenden Zonen abgehoben und eluiert. Die quantitative Densitometrie wird anschließend auf Aluminiumoxidplatten durchgeführt (Nachweisgrenze $0,2-0,5~\mu g/kg$). Positive Resultate können mit HPLC und elektrochemischer Detektion bestätigt werden.

Résumé

Une méthode de dosage des stilbestroles de synthèse dans les tissus musculaires, le foie, le rein, l'urine et les matières fécales des veaux ainsi que dans les aliments pour nourrissons et le lait est décrite. Les fractions phénoliques sont isolées, dérivatisées avec le chlorure de dansyl, puis purifiées par chromatographie sur plaque de gel de silice. Les zones correspondantes suspectes sont grattées puis eluées; les éluats sont ensuite chromatographiés sur plaque d'oxide d'aluminium et dosés quantitativement par densitométrie (limite de détection: $0.2-0.5~\mu g/kg$). Les résultats positifs peuvent être confirmés par HPLC et détection voltamétrique.

Summary

The determination of synthetic stilbestrols in muscle, liver, kidney, urine and feces of calves, in baby food and milk is described. The isolated phenolic fractions are derivatized with dansylchloride and cleaned on a first silicagel plate. The corresponding TLC spots are scraped off and the desorbed compounds are chromatographed on a second thin layer plate (alumina) and quantitatively determined by measuring densitometrically the fluorescence (detection limit $0.2-0.5~\mu g/kg$). Positive results may be confirmed by HPLC and voltametric detection.

Literatur

1. Kohrman, K. A. and McGee, J.: Simple and rapid gas-liquid chromatographic determination of diethylstilbestrol in biological specimens. J. Assoc. Offic. Analyt. Chemists 60, 5–8 (1977).

- 2. Höllerer, G. und Jahr, D.: Nachweis von Oestrogenen in Schlachttierleber durch kombinierte Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Z. Lebensm. Untersuch. -Forsch. 157, 65–69 (1975).
- 3. Aschbacher, P. W. and Thacker, E. J.: Metabolic fate of oval diethylstilbestrol in steers. J. Animal Sci. 39, 1185–1192 (1974).
- 4. Aschbacher, P. W., Thaker, E. J. and Rumsey, T. S.: Metabolic fate of diethylstilbestrol implanted in the ear of steers. J. Animal Sci. 40, 530-538 (1975).
- 5. Vogt, K.: Vergleichende Untersuchungen über den Diethylöstrolgehalt in Kot, Urin und Schlachtkörpern von Kälbern mittels Dünnschichtchromatographie und Radioimmuntest Berlin. Münch. tierärztl. Wochschr. 93, 144–147 (1980).
- 6. Ingerowski, G. H. und Stan, H. J.: Nachweis von Oestrogen-Rückständen in Fleisch mit Hilfe des cytoplasmatischen Oestrogenzeptors aus Rinderuterus. Deut. Lebensm. Rundschau 4, 1–5 (1978).
- 7. Heinert, H. H.: Zum Nachweis von Oestrogenen in Milch. Arch. Lebensmittelhyg. 26, 121-160 (1975).
- 8. Herrik, E. H., Paulson, C., Baron, R. and Browning C. B.: Estrogenic activity in milk of cows and the bile of calves fed low levels of diethylstilbestrol. J. Dairy Sci. 42, 1966—1969 (1959).
- 9. Heffter, A., Vöcks, R. und Walter, G.: Routineuntersuchung von Fleisch auf Diethylstilböstrol. Deut. Lebensm. Rundschau 68, 323–327 (1972).
- 10. Ryan, J. J. and Pilon, J. Cl.: Chemical confirmation of diethylstilbestrol residues in beef livers. J. Assoc. Offic. Analyt. Chemists 59, 817–820 (1976).
- 11. Tobioka, H. and Kawashima, R.: Modified method for electron capture gas-liquid chromatigraphic determination of hexestrol residues in bovine tissues. J. assoc. offic. Analyt. Chemists 61, 1054–1057 (1978).
- 12. Frischkorn, C. G. B., Smyth, M. R., Frischkorn, H. E. und Golimowski, J.: Spurenbestimmung östrogenwirkender Masthilfsmittel in Fleisch durch HPLC mit voltametrischer Detektion. Fresenius Z. anal. Chem. 300, 407–412 (1980).
- 13. Kenyhercz T. M. and Kissinger, P. T.: Determination of diethylstilbestrol in animal tissue via liquid chromatography with electrochemical detection. J. Anal. Toxicol. 2, 1–2 (1978).
- 14. Vogt, K. und Oehrle, K. L.: Dünnschichtchromatographische Identifizierung und Bestimmung von Steroidöstrogenen und Stilbenderivaten in Kälberurin als Dansylester. Arch. Lebensmittelhyg. 28, 44–50 (1977).
- 15. Vogt, K.: Weitere Verbesserung des Nachweises von Stilbenderivaten mit Hilfe der dünnschichtchromatographisch-fluorimetrischen «Dansilierungs»-Methode. Arch. Lebensmittelhyg. 30, 168–171 (1979).
- 16. Stan, H. J. und Hohls, F. W.: Nachweis von Oestrogenrückständen in Fleisch durch Dünnschichtchromatographie und Fluorimetrie. Z. Lebensm. Untersuch. -Forsch. 166, 287–292 (1978).
- 17. Santarius, K. und Jahr, D.: Sichere Identifizierung von Stilbenderivaten und Ethinylöstradiol in Kälberharn. Fleischwirtsch. 59, 1353-1354 (1979).

R. Gauch Dr. U. Leuenberger Dr. U. Müller Kantonales Laboratorium, Postfach CH-3000 Bern