Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und

Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 83 (1992)

Heft: 3

Artikel: Détermination du vert de malachite dans le poisson par

chromatographie liquide à haute performance = Quantification of malachite green in fish using high performance liquid chromatography

Autor: Dafflon, O. / Gobet, H. / Koch, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-982261

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Détermination du vert de malachite dans le poisson par chromatographie liquide à haute performance

Quantification of Malachite Green in Fish Using High Performance Liquid Chromatography

> O. Dafflon, H. Gobet et H. Koch Office vétérinaire fédéral, Liebefeld-Berne

Introduction

Le vert de malachite (VM) est un colorant qui fait partie de la classe des triphénylméthanes (fig. 1). Son sel d'oxalate, Bis-(4-diméthylamino-phényle)-phénylcarbénium-oxalate à cause de ses propriétés fongicides et antiparasitaires, est utilisé pour le poisson d'élevage. *Bauer* et al. (1) ont démontré que le temps d'élimination du VM chez la truite est long; il est fort probable qu'elle garde tout au long de sa vie un minimum résiduel. Dans le poisson, le VM est absorbé et métabolisé en grande partie sous forme de leucobase dans le tissu musculaire (1).

En 1982, la FAO/OMS citait: «Le VM peut provoquer des dommages pour la santé» (2). L'Office fédéral de la santé publique a considéré comme toxicologiquement inoffensif une quantité de résidus de 10 µg/kg et fixé cette teneur comme

tolérance provisoire au sens de l'article 7a de l'ODA (3).

En Suisse, le VM n'est à ce jour pas enregistré comme médicament vétérinaire

pour les animaux de rente.

Dans le cadre de notre office, nous avons effectué des contrôles de qualité chez la truite d'élevage, nous avons à plusieurs reprises mis en évidence des résidus de VM (tableau 1).

Les méthodes actuelles (1, 4) proposées à l'analyste pour la détermination du

VM ont été modifiées pour notre application.

La méthode est basée sur une extraction du VM avec acétonitrile en milieu acide, suivie par un dégraissage avec hexane. La séparation du VM s'effectue à l'aide d'une chromatographie à paire d'ions et d'une élution isocratique.

L'objectif de ce travail est de proposer une méthode simple et fiable pour le

dosage en routine.

$$(CH_3)_2N$$
 \longrightarrow
 $N(CH_3)_2$

Leucobase

$$(CH_3)_2N$$
 \longrightarrow
 \longrightarrow
 N
 $CH_3)_2$

Carbinolbase

Vert de malachite

Fig. 1. Formule développée du vert de malachite: vert de malachite leucobase, vert de malachite carbinol et vert de malachite

Partie expérimentale

Réactifs

Acétonitrile Chromasolv (Riedel-de-Haën 34851)

Acide citrique monohydrate p.a. (Merck 244)

Dichlorométhane Chromasolv (Riedel-de-Haën 34856)

Dioxyde de plomb p.a. (Merck 7407)

n-Hexane Chromasolv (Riedel-de-Haën 34859)

Méthanol Chromasolv (Riedel-de-Haën 34860)

Pentasulfonate de sodium monohydrate p.a. (Fluka 76955)

Acide perchlorique p.a. 60% (Merck 518)

Sulfate de sodium p.a. (Merck 6649)

Oxalate du vert de malachite microscopie (Merck 15942)

Vert de malachite leucobase (Dr. Bender et Dr. Hobein 46395)

Acide ortho-phosphorique p.a. (Merck 573)

Solution d'hydroxyde de sodium 10 mol/l

Solution d'étalonnage 25 µg/l

Solution mère 100 mg/l, peser avec exactitude: 25 mg d'oxalate de VM dans 250 ml de méthanol. Diluer 1:4000 avec méthanol.

Tampon citrate 1 mol/l pH 2,5

Dans un ballon de 100 ml dissoudre 21,0 g d'acide citrique monohydrate p.a. (Merck 244) dans env. 50 ml H_2O , ajouter 6,3 ml de NaOH 10 mol/l et compléter à 100 ml.

Appareillage

Appareil HPLC, HP 1081B, Hewlett-Packard Détecteur, Spectra 100, UV/VIS, Spectra-Physics Intégrateur, HP 3396 Series III, Hewlett Packard Agitateur mécanique, Vortex-Génie-2-Mixer, Auer Bittmann Soulié Evaporateur rotatif, Büchi Mixeur, Polytron, Kinematica

Mode opératoire

Traitement de l'échantillon

Dans un verre à centrifuger de 100 ml, on introduit 10 g de matrice homogénisée, 40 ml d'acétonitrile acide (0,8 ml d'acide perchlorique 60% par litre d'acétonitrile) et 5 g de sulfate de sodium. Mixer pendant 5 min avec polytron, ajouter 10 ml de dichlorométhane et mixer pendant 1 min. Centrifuger à 4000 tours/min pendant 5 min. L'extrait est évaporé à sec à l'aide d'un évaporateur rotatif sous une pression de 100 mbar, température du bain-marie: 40 °C. L'extrait est repris par 10 ml d'acétonitrile et 5 ml d'hexane, agiter vigoureusement et décanter l'hexane. Répéter une deuxième fois le dégraissage. Evaporer l'extrait à sec (conditions d'évaporation ci-dessus mentionnées), le reprendre avec 4 ml de méthanol.

A 1,0 ml de cette solution, on ajoute 0,1 ml de tampon citrate pH 2,5 et 5 mg de dioxyde de plomb. A l'aide d'un agitateur mécanique, agiter vigoureusement pendant 30 secondes. Centrifuger à 4000 tours/min et injecter immédiatement

l'extrait sur la colonne.

Conditions chromatographiques

Pré-colonne LiChrospher 100 RP-18, 4 x 4 mm (Merck 50957.0001) Colonne LiChrospher 100 RP-18, 250 x 4 mm (Merck 50833.0001) Solution A Phase-mobile

Débit de l'élution Température de la colonne Volume injecté Temps de chromatographie UV/VIS Signal Temps de rétention Acétonitrile: H₃PO₄ 0,05 mol/l (93 + 7) 0,01 mol/l pentasulfonate de sodium dans la solution A

1,0 ml/min 34 °C

30 μl 9 min

618 nm 4,25 min

Résultats et discussion

La leucobase est oxydée à l'aide du dioxyde de plomb en vert de malachite carbinol base (fig. 1). Ce dernier en milieu acide existe sous forme de cation imminium. La chromatographie à paire d'ions constitue donc une méthode de choix pour la séparation des résidus de VM. La détection dans le VIS supprime la grande partie des interférences provenant de la matrice. La technique du «Clean-up» de la matrice a l'avantage d'être simple et rapide. Elle facilite la mise en oeuvre sans endommager la colonne.

La figure 2 présente le chromatogramme d'un échantillon positif. Dans les conditions chromatographiques utilisées, on observe 3 pics, le VM pic principal




Fig. 2. Chromatogramme d'un échantillon positif (40 μg/kg). Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale




Fig. 2a. Chromatogramme d'une solution standard d'oxalate du vert de malachite (25 pg/µl). Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale

No 3: Temps de rétention $(t_R) = 4,27$ min; pic No 2: $t_R = 3,63$ min et le pic No 1: $t_R = 3,13$ min. Les pics No 1 et 2 n'ont pas pu être identifiés, on pense qu'ils pourraient provenir soit:

- du produit de départ, c'est-à-dire de l'oxalate du VM qui a été absorbé par le poisson. En effet, nous avons analysé par GC-MS l'oxalate du VM, et avons identifié des dérivés déméthylés de la leucobase et des substances similaires;

— de la déméthylation de la leucobase lors de l'oxydation par le PbO₂. Comme le montrent les figures 3 et 4, en fonction de la concentration du PbO₂ et du temps de réaction (temps d'agitation avec PbO₂), on observe une augmentation du pic No 2 et une diminution du pic No 3. Le pic No 1 ne varie que très peu. L'oxydation de la leucobase a été optimisée sur la base des résultats obtenus à partir d'un échantillon positif (fig. 2). On a optimisé la réaction d'oxydation sur le pic principal No 3 (fig. 2) en évitant la formation de produits secondaires (pics No 1 et 2). Pour des raisons de sécurité des résultats et de commodité pour l'analyse de routine, on a fixé la concentration de PbO₂ à 5 mg (dans le mélange de réaction) et le temps de réaction à 30 secondes.

Dans le cas d'échantillons positifs, les pics No 1 et 2 sont toujours présents et ils ne sont pas considérés pour la quantification des résidus du VM. Actuellement, on n'est pas en mesure de certifier avec exactitude la provenance de ces deux pics. Dans le cas contraire, il serait impératif de les prendre en considération pour le

calcul du résultat final.

La quantification des résidus du vert de malachite se fait à partir d'une solution

standard d'oxalate de VM (fig. 2a).

La calibration de l'intégrateur s'effectue au moyen d'une seule solution d'étalonnage (25 µg/l) après avoir contrôlé la linéarité de la réponse du détecteur pour les concentrations habituelles de travail, de 2,5 à 50 µg/l. Les échantillons contenant des concentrations élevées sont dilués dans le domaine de la courbe d'étalonnage.

Pour éviter de «faux positifs», les échantillons positifs sont systématiquement analysés sans ajout de PbO₂. On observe une suppression du pic positif (fig. 3a).

Rapport d'examen 1991

Le tableau 1 résume les résultats d'analyse des résidus du vert de malachite. 23,2% des échantillons analysés dépassent la tolérance de $10\,\mu\text{g/kg}$ fixée par l'Office fédéral de la santé publique (3).

Evaluation de la méthode

Le taux de récupération a été contrôlé par addition directe de 10, 25 et 50 µg/kg de vert de malachite leucobase dans un échantillon négatif. Les résultats sont résumés dans le tableau 2.

Remerciements

Nous remercions le Dr. A. Mooser pour les mesures qu'il a effectuées avec le GC-MS.




Fig. 3. 4 chromatogrammes d'un échantillon positif (40 µg/kg). Oxydation de la leucobase en fonction de la concentration du PbO₂, temps de réaction: 30 secondes (Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)




Fig. 4a. Temps de réaction: <1 seconde




Fig. 4b. Temps de réaction: 2 secondes




Fig. 4c. Temps de réaction: 30 secondes




Fig. 4d. Temps de réaction: 120 secondes

Fig. 4. 4 chromatogrammes d'un échantillon positif (40 µg/kg). Oxydation de la leucobase en fonction du temps de réaction. Concentration du PbO₂: 5 mg (Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)

Tableau 1. Rapport d'examen 1991 des résidus du vert de malachite dans 254 échantillons de viande de poisson importé. (Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)




Tableau 2. Taux de récupération du vert de malachite leucobase dans le poisson par HPLC (Conditions chromatographiques: voir partie expérimentale)

Vert de malachite leukobase ajouté (µg/kg)	Retrouvé $\frac{-}{x}$ (moyenne) (n = 5) (μ g/kg)	S, écart type (μg/kg)	CV, écart type relatif ¹	Taux de récupération en % de l'ajout
10	6,7	0,46	6,90	67,0
25	17,3	0,72	4,16	69,2
50	35,9	1,50	4,17	71,8

¹ CV_r écart type relatif en pourcent de la moyenne

Résumé

Une méthode par HPLC est décrite pour le dosage des résidus du vert de malachite (VM) dans le poisson d'élevage, avec détection spectrométrique dans le domaine du VIS à 618 nm. Le mode opératoire proposé est simple et rapide, il peut être utilisé pour l'analyse de routine. Les ajouts d'oxalate de VM à différents niveaux de concentration donnent un taux de récupération relativement élevé (67–72%). La limite de détection (1 µg/kg) est excellente; par

conséquent, cette méthode peut être utilisée pour l'analyse de traces de résidus du VM dans le poisson.

Zusammenfassung

Diese HPLC-Methode beschreibt die Rückstandsbestimmung von Malachitgrün in Zuchtfisch. Die Messungen werden im visuellen Bereich bei 618 nm durchgeführt. Es handelt sich um ein unkompliziertes schnelles Verfahren, welches in der Routineanalytik angewendet werden kann.

Die mit verschiedenen Malachitgrünkonzentrationen versetzten Proben ergeben eine recht gute Wiederfindungsrate (67–72%), und die Empfindlichkeit ist so gut, dass Malachitgrün bis zu 1 μ g/kg Fisch bestimmt werden kann. Deshalb kann diese Methode auch in der Spurenanalytik angewendet werden.

Summary

A HPLC method is described for the residue analysis of malachite green in farmed fish. The detection is performed using visible spectroscopy at 618 nm. The proposed procedure is very simple, rapid and can be used for routine purposes. The results of spiked samples give recoveries with good precision (67–72%) at different levels of concentration of the malachite green. The detection limit (1 μ g/kg) is very low. Therefore, this method may be used for the analysis of trace residues of malachite green in fish.

Bibliographie

- 1. Bauer, K., Dangschat, H., Knöppler, H.-O. und Neudegger, J.: Aufnahme und Ausscheidung von Malachitgrün bei Regenbogenforellen. Arch. Lebensmittelhyg. 39, 85–108 (1988).
- 2. FAO/WHO: Specifications for identity and purity and toxicological evaluation of food colours. FAO Nutrition Meetings Report Series No. 38B; WHO/Food Add/66.25, 1966.
- 3. Communications du domaine des denrées alimentaires; circulaire No 3 du 20 mars 1991.
- 4. Klein, E. und Edelhäuser, M.: Malachitgrün-Rückstände in Speisefischen. Dtsch. Lebensm.-Rdsch. 84, 77–79 (1988).

O. Dafflon Section chimie Office vétérinaire fédéral CH-3097 Liebefeld-Berne